

技术要求及说明

一、总体要求

- 1、本项目为交钥匙项目。
- 2、本项目 2、3 包产品无需试用。
- 3、到货后验收发现外箱破损或受潮、污染的，供应商须免费更换此产品。如产品出现问题用户通知供应商后应在 24 小时内答复，并尽快解决问题。
- 4、本项目 2、3 包所报价产品须为山东省药械采购平台挂网产品，供货单位为山东省药械采购平台配送企业，所报单价不得高于挂网价，否则按无效报价处理。
- 5、供货时，成交供应商须提供制造商或可追溯到制造商的完整产品授权，授权链必须完整可追溯。

二、技术要求

2 包 颅颌面外科内固定系统等

		产品名称	规格要求	参数要求
创伤类	上颌固定系统	颅颌面外科内固定系统	适形 6 孔板	材质由 TiCP4 级制成，有多种切迹和厚度
			适形 8 孔板	
			L 形板，左	
			L 形板，右	
			Y 形板	
			Φ1.5，自钻	材质采用 Ti6Al7Nb 钛合金制成，产品表面阳极化处理，长度分 4-8mm
	下颌固定系统	颅颌面外科内固定系统	直形,4 孔板，	材质由 TiCP2 级制成,分多种厚度
			直形,6 孔板	
			Φ2.0，自攻	材质采用 Ti6Al7Nb 钛合金制成，产品表面阳极化处理，长度分 6-18mm，钉分锁定和非锁定

注：以上均需按规格要求提供样品。

3 包 上颌复位固定系统等

编号	产品名称	规格要求	参数要求	用途
1	上颌复位固定系统	预成形框底网板	材料由纯钛制成，产品表面经过阳极氧化处理，蝶状预成型	颧骨上颌骨，眶骨周围骨折，粉碎性骨折重建内固定
2	上颌复位固定系统	网格板	材料由纯钛制成，产品表面经过阳极氧化处理，低切迹方形可裁切、塑型。	
3	上颌复位固定系统	十字自攻自钻螺钉	由钛或钛合金制成，自钻自攻，配套钛网使用。	

编号	产品名称	规格要求	参数要求	用途
4	下颌骨重建复位固定系统	锁定重建板,直型板、单侧角板、双侧角板	纯钛制成,低切迹,不区分左右,易塑型,用于下颌连续粉碎性骨折的复位及重建。	下颌骨大面积骨折、截骨、重建、内固定用
5	下颌骨重建复位固定系统	十字锁定螺钉	配套锁定重建板使用,由钛或钛合金制成,有自锁功能,长度满足 9-13mm	
6	颌间牵引固定系统	2.0 直径自攻自钻颌间牵引螺钉	由 TC4 钛制成,适用各种牵引材料(如钢丝、皮筋等),操作方便,钉头圆滑,对粘膜损伤小。	颌间牵引用

注：以上均需按规格要求提供样品。