

## 技术要求及说明

### 一、项目总体要求及说明

- 1、本项目包括拟采购货物的运输、配送及售后服务等。
- 2、本采购需求仅代表采购人对质量的要求，不代表该名词被指定，因此不保证完全符合或者偏离某个具体品牌，可能涉及的某品牌极个性化描述，均不作为对产品的特定要求，仅作为最低要求。
- 3、产品质量应符合国家规定的标准，并与报价时承诺的质量相一致，以确保使用安全有效。
- 4、因质量问题需要退换货的，供应商须在 6 小时内响应，1 周内解决。

### 二、分包明细表

包号	分包名称
1	一次性使用人体静脉血样采集容器等
2	总 IgE 抗体检测试剂盒等
3	血小板抗体检测试剂盒
4	血型鉴定和抗体筛查质控品等
5	尿碘测定试剂盒
6	遗传性耳聋基因检测试剂盒

### 三、采购清单及技术参数要求

#### 1 包 一次性使用人体静脉血样采集容器等

序号	名称	适用检测范围	规格	用途	单价最高限价	是否允许进口
1	一次性使用人体静脉血样采集容器	/	8ml	采集贮存血液用。可用于离心，获取富血小板血浆。	78.00 元/支	否
2	斑试器 皮肤过敏测试器	化妆品类：1.布罗波尔 2.檀香油 3.聚氧乙烯山梨唐醇酐单油酸脂(吐温-80)4.十二烷基硫酸钠 5.羊毛脂 6.薄荷油 7.丙二醇 8. 秘鲁香脂 9.咪唑烷基脲 10.尼泊金酯 11.夸特-15 12.间苯二酚 13.三乙醇胺 14.苯甲醇 15.香草醛 16.山梨酸 17.三氯生 18.硫柳汞 19.丁基化羟基甲苯(BHT)20.乙二胺	100 人份/盒	用于斑贴试验（Patch Test）	60.00 元/贴	否
3	斑试器 皮肤过敏测试器	化妆品类：1.硼酸 2.戊二醛 3. 薰衣草油 4.羊毛醇 5.依兰油 6. 水杨酸 7.对叔丁基苯酚 8.玫瑰油 9.氯乙酰胺 10.苯唑卡因 11.芳香族混合物 12.颜料红 13.颜料紫 14.颜料黄 15.对叔丁基儿茶酚 16.6-甲基香豆素 17.香叶醇 18.葵子麝香 19.葡萄糖酸洗必泰 20.水杨酸苄酯	100 人份/盒	用于斑贴试验（Patch Test）	60.00 元/贴	否
4	斑试器	1.对苯二胺 2.氯化钴 3.季铵盐一 15 4.咪唑烷基脲 5.重铬酸钾 6.松香 7.三乙醇胺 8. 环氧树脂 9. 乙二胺 10. 甲醛 11.尼铂金酯 12.芳香族混合物 13.秋兰姆混合物 14.卡巴混合物 15.硫氢基混合物 16.黑橡胶混合物 17. 硫酸镍 18.硫柳汞 19.布罗波尔 20.香料混合物	200 帖/盒	用于斑贴试验（Patch Test）	33.00 元/贴	否

序号	名称	适用检测范围	规格	用途	单价最高限价	是否允许进口
5	斑试器皮肤过敏测试器	1.对苯二胺 2.氯化钴 3.季铵盐一 15 4.咪唑烷基脲 5.重铬酸钾 6.松香 7.三乙醇胺 8.环氧树脂 9.乙二胺 10.甲醛 11.尼铂金酯 12.芳香族混合物 13.秋兰姆混合物 14.卡巴混合物 15.硫氢基混合物 16.黑橡胶混合物 17.硫酸镍 18.硫柳汞 19.布罗波尔 20.香料混合物	200 帖/盒	用于斑贴试验（Patch Test）	12.50 元/贴	否

2 包 总 IgE 抗体检测试剂盒等

序号	名称	方法	应用设备品牌及型号	用途	单价最高限价	是否允许进口
1	总 IgE 抗体检测试剂盒	酶联免疫捕获法	设备全名:全自动酶联免疫分析仪, 品牌:嘉兴科瑞迪, 型号:HB-300E	于定量检测人血清中的总 IgE 抗体的含量。	20.30 元/人份	否
2	屋尘螨过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒	酶联免疫捕获法	设备全名:全自动酶联免疫分析仪, 品牌:嘉兴科瑞迪, 型号:HB-300E	用于定量检测人血清中屋尘螨过敏原特异性 IgE 抗体的含量。	20.30 元/人份	否
3	粉尘螨过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒	酶联免疫捕获法	设备全名:全自动酶联免疫分析仪, 品牌:嘉兴科瑞迪, 型号:HB-300E	用于定量检测人血清中粉尘螨过敏原特异性 IgE 抗体的含量。	20.30 元/人份	否
4	大豆过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒	酶联免疫捕获法	设备全名:全自动酶联免疫分析仪, 品牌:嘉兴科瑞迪, 型号:HB-300E	用于定量检测人血清中大豆过敏原特异性 IgE 抗体的含量。	20.30 元/人份	否
5	小麦面粉过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒	酶联免疫捕获法	设备全名:全自动酶联免疫分析仪, 品牌:嘉兴科瑞迪, 型号:HB-300E	用于定量检测人血清中小麦面粉过敏原特异性 IgE 抗体的含量。	20.30 元/人份	否

序号	名称	方法	应用设备品牌及型号	用途	单价最高限价	是否允许进口
6	花生过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒	酶联免疫捕获法	设备全名:全自动酶联免疫分析仪, 品牌:嘉兴科瑞迪, 型号:HB-300E	用于定量检测人血清中花生过敏原特异性 IgE 抗体的含量。	20.30 元/人份	否
7	蟹过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒	酶联免疫捕获法	设备全名:全自动酶联免疫分析仪, 品牌:嘉兴科瑞迪, 型号:HB-300E	用于定量检测人血清中蟹过敏原特异性 IgE 抗体的含量。	20.30 元/人份	否
8	羊肉过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒	酶联免疫捕获法	设备全名:全自动酶联免疫分析仪, 品牌:嘉兴科瑞迪, 型号:HB-300E	用于定量检测人血清中羊肉过敏原特异性 IgE 抗体的含量。	20.30 元/人份	否
9	虾过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒	酶联免疫捕获法	设备全名:全自动酶联免疫分析仪, 品牌:嘉兴科瑞迪, 型号:HB-300E	用于定量检测人血清中虾过敏原特异性 IgE 抗体的含量。	20.30 元/人份	否
10	牛肉过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒	酶联免疫捕获法	设备全名:全自动酶联免疫分析仪, 品牌:嘉兴科瑞迪, 型号:HB-300E	定量检测人血清中牛肉过敏原特异性 IgE 抗体的含量。	20.30 元/人份	否
11	鳕鱼过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒	酶联免疫捕获法	设备全名:全自动酶联免疫分析仪, 品牌:嘉兴科瑞迪, 型号:HB-300E	定量检测人血清中鳕鱼过敏原特异性 IgE 抗体的含量。	20.30 元/人份	否
12	鸡蛋过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒	酶联免疫捕获法	设备全名:全自动酶联免疫分析仪, 品牌:嘉兴科瑞迪, 型号:HB-300E	定量检测人血清中鸡蛋过敏原特异性 IgE 抗体的含量。	20.30 元/人份	否
13	牛奶过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒	酶联免疫捕获法	设备全名:全自动酶联免疫分析仪, 品牌:嘉兴科瑞迪, 型号:HB-300E	定量检测人血清中牛奶过敏原特异性 IgE 抗体的含量。	20.30 元/人份	否
14	艾蒿过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒	酶联免疫捕获法	设备全名:全自动酶联免疫分析仪, 品牌:嘉兴科瑞迪, 型号:HB-300E	定量检测人血清中艾蒿过敏原特异性 IgE 抗体的含量。	20.30 元/人份	否

序号	名称	方法	应用设备品牌及型号	用途	单价最高限价	是否允许进口
15	狗上皮过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒	酶联免疫捕获法	设备全名:全自动酶联免疫分析仪, 品牌:嘉兴科瑞迪, 型号:HB-300E	定量检测人血清中狗上皮过敏原特异性 IgE 抗体的含量。	20.30 元/人份	否
16	猫上皮过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒	酶联免疫捕获法	设备全名:全自动酶联免疫分析仪, 品牌:嘉兴科瑞迪, 型号:HB-300E	定量检测人血清中猫上皮过敏原特异性 IgE 抗体的含量。	20.30 元/人份	否
17	柳树过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒	酶联免疫捕获法	设备全名:全自动酶联免疫分析仪, 品牌:嘉兴科瑞迪, 型号:HB-300E	定量检测人血清中柳树过敏原特异性 IgE 抗体的含量。	20.30 元/人份	否
18	交链孢霉过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒	酶联免疫捕获法	设备全名:全自动酶联免疫分析仪, 品牌:嘉兴科瑞迪, 型号:HB-300E	定量检测人血清中屋尘过敏原特异性 IgE 抗体的含量。	20.30 元/人份	否
19	普通豚草过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒	酶联免疫捕获法	设备全名:全自动酶联免疫分析仪, 品牌:嘉兴科瑞迪, 型号:HB-300E	用于定量检测人血清中交链孢霉过敏原特异性 IgE 抗体的含量。	20.30 元/人份	否
20	屋尘过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒	酶联免疫捕获法	设备全名:全自动酶联免疫分析仪, 品牌:嘉兴科瑞迪, 型号:HB-300E	用于定量检测人血清中屋尘过敏原特异性 IgE 抗体的含量。	20.30 元/人份	否
21	蟑螂过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒	酶联免疫捕获法	设备全名:全自动酶联免疫分析仪, 品牌:嘉兴科瑞迪, 型号:HB-300E	用于定量检测人血清中蟑螂过敏原特异性 IgE 抗体的含量。	20.30 元/人份	否
22	食物特异性 IgG 抗体检测试剂盒	酶联免疫法	设备全名:全自动酶联免疫分析仪, 品牌:嘉兴科瑞迪, 型号:HB-300E	定性检测指尖全血或血清中的食物特异性 IgG 抗体, 辅助诊断食物不耐受引起的肠易激综合征、湿疹、关节炎等疾病。	245.00 元/人份	否

3包 血小板抗体检测试剂盒

序号	名称	方法	规格	技术要求	单价最高限价	是否允许进口
1	血小板抗体检测试剂盒	固相凝集法	96人份/盒	(1) 用于进行血小板抗体检测。 (2) 用于血小板交叉配血。 (3) 实验流程时间≤90min。 (4) 试剂盒有配套洗液、配套使用的指示红细胞。 (5) 血小板筛查细胞。 (6) 各组分存储温度 2-8℃，有效期≥6个月。	87.50元/人份	是

4包 血型鉴定和抗体筛查质控品等

序号	名称	方法	应用设备品牌及型号	规格	用途	单价最高限价	是否允许进口
1	血型鉴定和抗体筛查质控品	直接凝集法、微柱凝胶法	全自动血型配血系统 (ERYTRA,WADINAN A)	2*8ml/盒	对 ABO/RhD 血型正、反定型试验系统和抗体筛查试验系统进行室内质控。	218.75元/ml	是
2	RhD(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体）	直接凝集法	/	10ml/支	通过直接凝集法对人 RhD 血型进行体外检测。	14.00元/ml	是
3	样本释放剂	样本预处理	/	10ml/盒	用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来。	9.90元/ml	否

山东第一医科大学第二附属医院医用耗材（试剂类）项目第一批（61200）

序号	名称	方法	应用设备品牌及型号	规格	用途	单价最高限价	是否允许进口
4	样本释放剂	样本预处理 (酸放散)	/	50 人份/ 盒	用于待测样本的预处理,使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来。	3.50 元/人份	否
5	ABO 血型反定型试剂盒 (人红细胞)	直接凝集法、微柱凝胶法	全自动血型配血系统 (ERYTRA,,WADINAN A, 爱康 Aigel400)		用于检测被检者血清中是否有相应的抗 A 或抗 B 抗体,结合正定型结果判定 ABO 血型。	8.27 元/ml	否
6	不规则抗体检测试剂 (人红细胞)	直接凝集法、微柱凝胶法	全自动血型配血系统 (ERITRA,WADINANA)		采用凝聚胺方法和微柱凝胶法检测待检血浆 (血清) 是否存在不规则抗体。	17.10 元/ml	否
7	凝聚胺介质试剂		/	10ml/盒	作为介质辅助用于完全抗体及不完全抗体的临床筛选检测及辅助用于临床交叉配血实验。	1.21 元/测试	否

5包 尿碘测定试剂盒

序号	名称	技术要求	单价最高限价	是否进口
1	尿碘测定试剂盒	1.适用于体外定量测定人尿液中有机碘的含量。 2.线性范围：5-800 $\mu\text{g/l}$ ; 3.结果的变异系数 $CV \leq 8\%$ ; 4.回收率在 85-115%之间; 5.批间差的相对极差(R) $\leq 10\%$ ; 6.1cm 光径条件下反应前后吸光度差值( $\Delta A$ )的绝对值应 $\geq 0.05$ 。	10.20 元/测试	否

6包 遗传性耳聋基因检测试剂盒

序号	名称	技术要求	单价最高限价	是否进口
2	遗传性耳聋基因检测试剂盒	1. 适用于体外定性检测外周静脉血样本、唾液样本和血斑样本; 2. 检测人类基因组 DNA 中 4 个耳聋基因的 $\geq 15$ 种突变; 3.适用于 PCR 仪; 4. $T_m$ 值波动范围 $\leq \pm 1^\circ\text{C}$ ; 5.所有检测阳性标本提供对应位点的测序验证服务; 6.配备自动判读软件。	320.00 元/测试	否