

技术要求及说明

一、项目总体说明

- 1、本项目为交钥匙项目。
- 2、分包明细表中“是否允许进口”标记为“是”的均允许进口产品参与报价，但不限制国内同类产品；标记为“否”的不允许进口产品参与报价。
- 3、本采购需求系参考市场多个主流品牌制定，仅代表采购人对质量的要求，不代表该名词被指定，因此不保证完全符合或者偏离某个具体品牌，可能涉及的某品牌极个性化描述，均不作为对产品的特定要求，仅作为最低要求。供应商可提供相当于或者优于该参数的产品，满足临床需求。

二、分包明细表

包号	分包名称	是否允许进口	数量	预算（万元）
1	主动脉阻断钳等	是	1 宗	12.00

三、售后及其他要求

- 1、成交供应商负责送货上门，并承担运费等相关费用。
- 2、对采购人的售后要求，成交供应商应在 30 分钟内做出响应。按照采购人相关规定，在 1 小时内提供远程或者 6 小时内现场技术支持；7*24 小时电话支持热线，为采购人提供即时服务。

四、技术参数要求

序号	名称	数量	适用范围	参数
1	主动脉阻断钳	1 把	适用于心血管外科手术	1、弯 S 型，总长度 $\geq 300\text{mm}$ ，工作端长 $\geq 120\text{mm}$ DeBakey 齿形； 2、医用不锈钢材质，表面亚光处理不反光。
2	自动牵开器	1 把	适用于心血管外科手术	1、由牵开器和中心叶片组成，牵开器长度 $\geq 165\text{mm}$ ，3*4 齿钝头；中心叶片长度 $\geq 130\text{mm}$ ，工作端为 35mm*10mm/20mm*12mm； 2、医用不锈钢材质，表面亚光处理不反光。
3	阻断钳	1 把	适用于心血管外科手术	1、DeBakey 齿，60 度，总长 $\geq 180\text{mm}$ ，工作端 $\geq 65\text{mm}$ ； 2、医用不锈钢材质，表面亚光处理不反光。
4	阻断钳	1 把	适用于心血管外科手术	1、DeBakey 齿，60 度，工作端 $\geq 65\text{mm}$ ，总长度 $\geq 200\text{mm}$ ； 2、医用不锈钢材质，表面亚光处理不反光。

序号	名称	数量	适用范围	参数
5	阻断钳	1 把	适用于心血管外科手术	1、DeBakey 齿，15 度，工作端 $\geq 76\text{mm}$ ，总长度 $\geq 190\text{mm}$ ； 2、医用不锈钢材质，表面亚光处理不反光。
6	阻断钳	1 把	适用于心血管外科手术	1、DeBakey 齿，60 度，工作端长 $\geq 87\text{mm}$ ，总长度 $\geq 209\text{mm}$ ； 2、医用不锈钢材质，表面亚光处理不反光。
7	阻断钳	1 把	适用于心血管外科手术	1、DeBakey 齿，60 度，工作端长 $\geq 100\text{mm}$ ，总长度 $\geq 285\text{mm}$ ； 2、医用不锈钢材质，表面亚光处理不反光。
8	组织镊	2 把	用于夹持人体组织	总长 $\geq 240\text{mm}$ ，镊头宽 $2.4\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ ，无损伤 DeBakey 齿，医用不锈钢材质。
9	组织剪	1 把	用于剪切组织	NOIR METZENBAUM 解剖分离剪锯-齿形刀刃，弯型，长 $\geq 230\text{mm}$ ，医用不锈钢材质。
10	组织剪	1 把	用于剪切组织	梅式剪，刃口带锯齿，微弯型，长 $\geq 230\text{mm}$ ，医用不锈钢材质。
11	止血钳	3 把	用于钳夹血管、分离组织以止血。	长 $\geq 26\text{cm}$ ，弯，全齿，医用不锈钢材质。
12	止血钳	2 把	用于钳夹血管、分离组织以止血。	止血钳（中开利钳），长 $\geq 200\text{mm}$ ，弯，全齿，医用不锈钢材质。
13	止血钳	2 把	用于钳夹血管、分离组织以止血。	止血钳（大开利钳），总长 $\geq 240\text{mm}$ ，弯型，弯头。
14	扣克钳	2 把		KOCHER-0CHSNER 止血钳，直型，1X2 齿，长 $\geq 200\text{mm}$ ，医用不锈钢材质。
15	胸骨牵开器	1 把	用于牵开组织	可拆卸，医用不锈钢材质， $150\text{mm} \times 113\text{mm}$ 。
16	显微笔式针持	1 把		长 $\geq 210\text{-}230\text{mm}$ ，碳钨合金工作端 $1.2\text{-}2\text{mm}$ ，弹簧圆柄，直头，带锁扣，适用 5-0，医用不锈钢材质。

样品要求：全部提供样品，各 1 把。